



LABORATUVAR HATALARI SINIFLANDIRMA SİSTEMİ (LHSS) LİSTESİ



DOKÜMAN NO: SML.LS.11

YAYIN TARİHİ: 07.06.2016

REVİZYON TARİHİ: 09.08.2017

REVİZYON NO:01

Sayfa 1 / 2

PREANALİTİK (PR)

TARİH...../...../.....

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Hatalı test istemi | L01 | Uygunuz alınmış numune | L15 |
| Test isteminde eksik/yanlış bilgi | L02 | Yetersiz numune | L16 |
| Patoloji istek formunun düzenlenmemesi | L03 | Hemolizli numune | L17 |
| Kayıtsız numune | L04 | Pıhtılı numune | L18 |
| Hatalı kayıt | L05 | Lipemik numune | L19 |
| Yanlış hastadan numune alınması | L06 | İkterik numune | L20 |
| Hatalı kimliklendirilmiş numune | L07 | Numunenin fiksatif içinde gönderilmemesi | L21 |
| Kaybolan numune | L08 | Numune alma zamanının kaydedilmemesi | L22 |
| Tekrar alınan numune | L09 | Laboratuvara teslim edilmeyen numune | L23 |
| Hatalı numune kabı/tüpü | L10 | Uygunuz transfer koşulları | L24 |
| Boş numune kabı/tüpü (içinde numune yok) | L11 | Belirlenen maksimum numune transfer süresinin aşılması | L25 |
| Son kullanma tarihi geçmiş tüplere numune alınması | L12 | Numunelerin karışması | L26 |
| Barkodsuz numune | L13 | Reddedilmesi gereken numunenin kabulü | L27 |
| Hastadan numune alınmaması nedeni ile kaydın iptal edilmesi | L14 | Otomasyon arızası | L28 |

ANALİTİK (AN)

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| Miadı geçmiş kit tespiti | L30 | Numunenin yetersiz homojenizasyonu | L41 |
| Miadı geçmiş malzeme tespiti | L31 | Test çalışma prosedürlerine uyulmaması | L42 |
| İsteği yapılan malzeme/kit gelmemesi | L32 | Ekim hataları | L43 |
| Yanlış Malzeme/kit gelmesi | L33 | Dış kalite kontrol çalışmalarında uygunuzluk | L44 |
| Malzeme transferinin uygun şartlarda yapılmaması | L34 | Uygunuz kalite kontrol sonucu ile çalışılması | L45 |
| Malzemenin uygun koşullarda saklanmaması | L35 | İç kalite kontrol çalışılmaması | L46 |
| Laboratuvar ortam ısısının uygunuzluğu | L36 | Uygunuz inkübasyon sıcaklığı | L47 |
| Cihaz bakımlarının yapılmaması | L37 | Uygunuz inkübasyon süresi | L48 |
| Besiyerinin uygun hazırlanmaması | L38 | Uygunuz boyama tekniği | L49 |
| Cihaz arızası | L39 | Uygunuz dilüsyon | L50 |
| Cihaz pipetasyon hatası | L40 | Uygunuz solüsyon kullanılması | L51 |



LABORATUVAR HATALARI SINIFLANDIRMA SİSTEMİ (LHSS) LİSTESİ



DOKÜMAN NO: SML.LS.11

YAYIN TARİHİ: 07.06.2016

REVİZYON TARİHİ: 09.08.2017

REVİZYON NO:01

Sayfa 2 / 2

POSTANALİTİK (PO)

| | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Sonucun yanlış değerlendirilmesi | L52 | Hasta raporlarının kaybedilmesi | L56 |
| Hatalı teknik onay | L53 | Zamanında verilmeyen sonuç | L57 |
| Sonuçların sisteme hatalı girilmesi | L54 | Panik değer geç bildirilmesi | L58 |
| Hatalı rapor | L55 | Diğer | L59 |

YER

| | | | |
|---------------------|----|------------------------------------|----|
| Klinik | KL | Kan Alma Ünitesi | KA |
| Yoğun Bakım Ünitesi | YB | Numune Kabul Birimi | NK |
| Acil Servis | AS | Laboratuvar | LA |
| Poliklinik | PL | Acil Sağlık Hizmetleri (Ambulans) | |
| Ameliyathane | AY | Acil Sağlık Hizmetleri (Olay Yeri) | |

KİŞİ

| | | | |
|----------------|----|---------------------------------|----|
| Doktor | DR | Transfer Elemanı | TR |
| Hemşire | HM | Hasta | HS |
| Stajyer | ST | Hasta Yakını | HY |
| Teknisyen | TE | Acil tıp Teknisyeni / Teknikeri | |
| Tıbbi Sekreter | TS | Kişiden Kaynaklanmayan Hata | |

ZAMAN

| | | | |
|-------------|----|-------------|----|
| 00:00-04:00 | Z1 | 16:00-20:00 | Z5 |
| 04:00-08:00 | Z2 | 20:00-23:59 | Z6 |
| 08:00-12:00 | Z3 | | |
| 12:00-16:00 | Z4 | | |